



FICHE DE PROCÉDURE D'ASSURANCE QUALITÉ POUR LA RÉALISATION DES TESTS D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DES ANGINES À STREPTOCOQUE DU GROUPE A

Rédacteur	
Nom :	Prénom :
Date :	Cachet de l'officine :

OBJET :

Cette procédure vise à décrire ce qui est mis en place pour la réalisation d'un test d'orientation diagnostique des angines à streptocoques du groupe A.

REFERENCE :

Annexe III Arrêté du 1er août 2016 (JORF N°0181 du 5 août 2016)

Test :	STREPTATEST®
Type de test :	Test oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A
Référence :	10025
Fabricant :	BIOSYNEX
Certification :	Directive 98/79 CE
Prélèvement :	Prélèvement direct des exsudats situés sur les amygdales, le pharynx et toutes zones inflammatoires
N° LOT :	
Date de péremption :	

LES PHARMACIENS, CI-DESSOUS, S'ENGAGENT :

- à prendre connaissance de la notice d'utilisation (annexe)
- à réaliser ce test dans le respect des recommandations du fabricant décrites dans la notice d'utilisation (annexe)
- à informer le patient du résultat de ce test par écrit en lui précisant que ce résultat ne constitue qu'une orientation diagnostique,
- à éliminer ce test et les consommables nécessaires au test, dans la filière DASRI, après utilisation.
- à orienter le patient vers un médecin, en cas de positivité du test

 **BIOSYNEX SA**
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
France
Tel : +33 3 88 78 78 87
www.biosynex.com



BIOSYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE