

# BIOSYNEX STREPTATEST

## FICHE DE PROCÉDURE D'ASSURANCE QUALITÉ POUR LA RÉALISATION DES TESTS D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DE L'ANGINE À SGA

### OBJET :

Cette procédure vise à décrire ce qui est mis en place pour la réalisation d'un test d'orientation diagnostique des angines à streptocoques du groupe A.

| Rédacteur et personnes réalisant le TROD |                        |
|--|------------------------|
| Nom(s) :                                 | Prénom(s) :            |
| Date :                                   | Cachet de l'officine : |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Test :               | STREPTATEST®  |
| Type de test :       | Test oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A                 |
| Référence :          | 10025   |
| Fabricant :          | BIOSYNEX  |
| Certification :      | Directive 98/79 CE  |
| Prélèvement :        | Prélèvement direct des exsudats situés sur les amygdales, le pharynx et toutes zones inflammatoires |
| N° LOT :             |   |
| Date de péremption : |   |

### REFERENCE :

Annexe III Arrêté du 1er août 2016 (JORF N°0181 du 5 août 2016)

### LES PHARMACIENS, CI-DESSOUS, S'ENGAGENT :

- à prendre connaissance de la notice d'utilisation (annexe)
- à réaliser ce test dans le respect des recommandations du fabricant décrites dans la notice d'utilisation (annexe)
- à informer le patient du résultat de ce test par écrit en lui précisant que ce résultat ne constitue qu'une orientation diagnostique
- à éliminer ce test et les consommables nécessaires au test, dans la filière DASRI, après utilisation
- à orienter le patient vers un médecin, en cas de positivité du test

### ANNEXE : NOTICE D'UTILISATION